

Dokumentnavn:	2.7.10 Patientstørrelser
Gyldighedsperiode:	02.02.2017 - 02.02.2020
Revideres:	02.11.2019
Godkendt af:	Jens Drejer / Carsten Hansen
Formål:	At informere henvisende læger, selvbetalere eller andre interesserede om hvilke patientstørrelser der kan scannes på MR Scanner Viborg.
Anvendelsesområde:	MR Scanner Viborg, Tingvej 15 C, 8800 Viborg
<p>MR1: Åben skanner</p> <ul style="list-style-type: none"> Til undersøgelser der inkluderer torsoen f.eks. columnna lumbalis, er den størst tilladte omkreds 130 cm eksklusiv armene. Til undersøgelser der IKKE inkluderer torsoen er der ingen begrænsning i forhold til omkreds Max. 200 kg <p>MR2: Lukket skanner</p> <ul style="list-style-type: none"> Maks. omkreds er 165 cm inklusiv armene, medmindre patienten kan ligge med armene over hovedet, da er det 165 cm eksklusiv armene. Til skulder undersøgelser er den største tilladte skulderbredde 55 cm. Hvis patienten kan ligge med den anden arm over hovedet (i op til 25 min.) måles skulderbredden i denne stilling. Max. 200 kg 	
Referencer	Her angives hvis der er referencer
DDKM standard	Skriv hvilken DDKM standard dette dokument henviser til
Standarder som hænger sammen med denne	